

Протокол № 20

об итогах государственных закупок по приобретению медицинских изделий способом запроса ценовых предложений

«07» июня 2021 года

Жамбылская область, Кордайский район,
с.Кордай, ул.Толе би 54

Заказчик (Организатор): ГКП на ПХВ «ЦРБ Кордайского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области», Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54 провел государственные закупки способом запроса ценовых предложений (приложение № 1 к объявлению № 20 от 25.05.2021г.) в соответствии гл.10 Правилами организации и проведения закупок лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан 30 октября 2009 года № 1729 (далее – Правила) с изменениями от 30.05.2019 года (далее – Правила).

1. Перечень закупаемых товаров, выделенная сумма для закупки медицинского изделий:

№ лота	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена, тенге	Сумма, выделенная для закупки, тенге	Срок поставки
1	<p>Транскутаный билирубинометр. Прибор для неинвазивного измерения уровня билирубина у новорожденных должен использовать верхнюю часть уха пациента (ладьевидную ямку) как участок измерения. Метод измерения должен быть основан на измерении трансмиссии света. Цвет кожи: все цвета кожи Диапазон измерения: не менее 0, не более 20 мг/дл, не менее 0, не более 340 мкмоль/л Корреляция: r не более 0.90 Воспроизводимость результатов: ±0.7 мг/дл или ±12 мкмоль/л Точность: ±1.5 мг/дл, ±26 мкмоль/л за % 66 времени или 1 стандартное отклонение</p> <p>Прибор: Размеры: не более 57мм x 150мм x 23мм Вес (включая аккумуляторную батарею): не более 160 г (5.64 унции) Устройство для считывания штрих-кодов (2D) Дисплей: цветной сенсорный экран. Клавиатура: сенсорная Язык интерфейса: русифицирован Память: не менее 40 тестов Распечатка результатов: через внешний принтер, подключенный к компьютеру.</p> <p>Аккумуляторная батарея: Тип: литиево-ионная аккумуляторная батарея Напряжение: не более 3.7В Емкость: не менее 1050 мА·ч Количество измерений на полностью заряженной батарее: не менее 100 тестов. Ожидаемый срок службы батарей: не менее 1 год Время подзарядки: не более 4 часа</p> <p>Зарядный стенд: Размеры: не более 80мм x 80мм x 67мм Вес: не более 100 г.</p> <p>Источник света: Тип: Светодиоды зеленого и синего света Срок службы: не менее 200 000 измерений</p> <p>Напряжение источника питания:</p>	Шт.	1	4250000	4250000	в течение 15 календарных дней с подачи письменной заявки Заказчика

<p>На входе: 100-240В переменного тока, 50-60 Гц, 150 мА На выходе: 5.5В, 1100 мА Соединение: Соединение с ПК: Разъем USB Соединение с МИС (HIS): Протокол HL7 через ПК Условия хранения и эксплуатации: Рабочая температура: не менее 0°С, не более +40°С Относительная влажность: не менее 30 %, не более 85%, без конденсации влаги Температура хранения: не менее -10°С, не более +65°С Срок гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники должен составлять не менее 37 (тридцати семи) месяцев с даты ввода в эксплуатацию.</p>					
---	--	--	--	--	--

2. Список потенциальных поставщиков, представивших документацию в установленные сроки, до истечения окончательного срока представления заявок на участие в конкурсе способом ценовых предложений:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Фактический адрес потенциального поставщика	Дата и время предоставления заявки на участия в закупе	№ лота
1	ИП «Уралтаев Н.Б.»	Г.Нур-Султан, пр.Сарыарка 15, ВП-9	31.05.2021г. 09 часов 05 мин.	1
2	ТОО «Атон-Диагностика»	Г.Тараз ул.Исатая 5В	31.05.2021г. 15 часов 20 мин.	1

3. Краткое описание, цена, торговое наименование представляемых товаров потенциального поставщика:

ИП «Уралтаев Н.Б.»				
№ лота	Наименование лота	Торговое наименование	Краткое описание товаров	Предлагаемая цена за ед.изм., тенге
1	Транскутанный билирубинометр.BiliCare	Транскутанный билирубинометр. BiliCare	Транскутанный билирубинометр. BiliCare	4000000

ТОО «Атон-Диагностика»				
№ лота	Наименование лота	Торговое наименование	Краткое описание товаров	Предлагаемая цена за ед.изм., тенге
1	Анализатор гипербилирубинемии АГФ-02 фотометрический	Анализатор гипербилирубинемии АГФ-02 фотометрический	Анализатор гипербилирубинемии АГФ-02 фотометрический	1890000

4. Организатор: ГКП на ПХВ «ЦРБ Кордайского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области».

РЕШИЛ:

по результатам рассмотрения ценовых предложений – по лоту № 1 отклонить следующих потенциальных поставщиков по причине:

1. Документы ТОО " АТОН-Диагностика " (г г.Тараз, ул.Исатая 5В), не соответствуют п.п.9, 10 п.20 Гл.4 Правил;

В соответствии с п 112 допустить

2. по лоту № 1 **ИП «Уралтаев Н. Б.»** (Г.Нур-Султан, пр.Сарыарка 15, ВП-9) на общую сумму 4 000 000 (четыре миллиона) тенге.
3. Организатору ГКП на ПХВ «ЦРБ Кордайского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области», разместить текст данного протокола об итогах закупок способом на веб-сайте www.crbkorday.kz.

Протокол подписали:

Председатель комиссии: Кадырбекова З.К. _____

Заместитель председателя комиссии: Сатыбалдина Г.Р. _____

Члены комиссии:

Махмутова К.Б. _____

Тезекбаева Г.А. _____

Вебер Н.Н. _____