Объявление № 1
о проведении тендера по закупу медицинских изделий на 2023 год

Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай **14 февраля 2023 года**

Наименование заказчика, организатора закупа: ГКП на ПХВ «Кордайская центральная районная больница управления здравоохранения акимата Жамбылской области»
Юридический адрес, бизнес-идентификационный код, банковских счет заказчика, организатора закупа: Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, БИН 990240002463, БИК HSBKKZKX, ИИК KZ926010161000024236, АО «Народный банк Казахстана», объявляет о проведении закупа способом тендера следующих медицинских изделий на 2023 год:

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена, тенге	Сумма, тенге
	Набор для артроскопии к видеостойке Telecam SL II				
1	Моторная система	шт.	1	8 038 800,00	8 038 800,00
2	Шейверная рукоятка	шт.	1	4 943 400,00	4 943 400,00
3	Лезвие шейвера	шт.	1	299 200,00	299 200,00
4	Лезвие шейвера	шт.	1	299 200,00	299 200,00
5	Лезвие шейвера	шт.	1	299 200,00	299 200,00
6	Фреза хирургическая	шт.	1	597 850,00	597 850,00
7	Аспирационная и ирригационная помпа	шт.	1	2 267 650,00	2 267 650,00
8	Набор силиконовых трубок для ирригации	шт.	2	500 500,00	1 001 000,00
9	Оптика 30 градусов, 4 мм, 18 см	шт.	1	2 167 550,00	2 167 550,00
10	Тубус металлический с краном, с замком ЛЮЕР	шт.	1	357 500,00	357 500,00
11	Обтуратор	шт.	1	74 250,00	74 250,00
12	Канюля для промывания по STROBEL	шт.	1	76 450,00	76 450,00
13	Крючок-пальпатор	шт.	1	91 850,00	91 850,00
14	Выкусыватель	шт.	1	900 900,00	900 900,00
15	Выкусыватель	шт.	1	900 900,00	900 900,00
16	Выкусыватель	шт.	1	900 900,00	900 900,00
17	Выкусыватель	шт.	1	900 900,00	900 900,00
18	Выкусыватель	шт.	1	709 500,00	709 500,00
19	Выкусыватель	шт.	1	709 500,00	709 500,00

20	Щипцы	шт.	1	900 900,00	900 900,00
21	Щипцы захватывающие	шт.	1	709 500,00	709 500,00
22	Щипцы захватывающие	шт.	1	433 950,00	433 950,00
23	Щипцы захватывающие	шт.	1	709 500,00	709 500,00
24	Рашпиль узкий	шт.	1	180 950,00	180 950,00
25	Нож	шт.	1	110 550,00	110 550,00
26	Нож	шт.	1	110 550,00	110 550,00
27	Долото	шт.	1	272 800,00	272 800,00
28	Долото	шт.	1	272 800,00	272 800,00
	Набор для цистоскопии и биполярной ТУР к видеостойке Telecam SL II				
29	Оптика жесткая со стеклянными линзами передне-бокового видения 12° крупноформатная	шт.	1	2 883 650,00	2 883 650,00
30	Тубус для цисто-уретроскопа	шт.	1	436 700,00	436 700,00
31	Тубус для цисто-уретроскопа	шт.	1	436 700,00	436 700,00
32	Тубус для цисто-уретроскопа	шт.	1	419 100,00	419 100,00
33	Мостик переходной, с одним закрываемым инструментальным каналом	шт.	1	171 050,00	171 050,00
34	Механизм отклоняющий, с управляющим рычагом с ускоренным регулированием по ALBARRAN, с двумя инструм	шт.	1	544 500,00	544 500,00
35	Щипцы захватывающие для удаления инородных тел, с двумя подвижными браншами, гибкие, 7Шр, длина 40 см	шт.	1	298 100,00	298 100,00
36	Выкусыватель биопсийный, с двумя подвижными браншами, гибкий, 7Шр, длина 40 см	шт.	1	298 100,00	298 100,00
37	Ножницы с одним подвижным лезвием, гибкие, 7Шр, длина 40 см	шт.	1	298 100,00	298 100,00
38	Щипцы захватывающие для удаления инородных тел, с двумя подвижными браншами, гибкие, 5 Шр, длина 40	шт.	1	298 100,00	298 100,00
39	Выкусыватель биопсийный, с двумя подвижными браншами, гибкий, 5 Шр, длина 40 см	шт.	1	298 100,00	298 100,00
40	Канюля инъекционная, гибкая, 6 Шр., длина 50 см	шт.	1	82 500,00	82 500,00
41	Электрод коагуляционный, 5 Шр., монополярный, гибкий, пуговчатый, длина 53 см	шт.	1	47 300,00	47 300,00
42	Электрод, игольчатый, 7 Шр., монополярный, длина 53 см	шт.	1	47 300,00	47 300,00
43	Эндошприц по REINER-ALEXANDER, объем 150 мл	шт.	2	186 450,00	372 900,00
44	Захват корзинчатый для камней	шт.	1	943 250,00	943 250,00

45	Тубус, операционный, размер 26 Шр.	Шт.	2	576 400,00	1 152 800,00
46	Обтуратор	шт.	1	86 350,00	86 350,00
47	Обтюратор тупоконечный	шт.	1	235 950,00	235 950,00
48	Рабочий элемент биполярный	шт.	2	1 362 900,00	2 725 800,00
49	Оптика жесткая со стеклянными линзами передне-бокового видения 12° крупноформатная	шт.	1	2 883 650,00	2 883 650,00
50	Петля режущая, биполярная	шт.	18	86 350,00	1 554 300,00
51	Петля режущая, биполярная, малая	шт.	6	94 050,00	564 300,00
52	Адаптер	шт.	1	72 050,00	72 050,00
53	Электрод коагулирующий, биполярный	шт.	6	94 050,00	564 300,00
54	Электрод биполярный, вапоризационный шарик	шт.	6	88 000,00	528 000,00
55	Расширитель меатуса, ступенчатый, конический, размер 15 – 30 Шр.	Шт.	1	90 200,00	90 200,00
56	Обтуратор мандрен для введения катетеров	шт.	1	38 500,00	38 500,00
57	Шнур высокочастотный биполярный	шт.	4	142 450,00	569 800,00
58	Оптоволоконный световод	шт.	1	276 650,00	276 650,00
59	Корзина для чистки	шт.	1	191 950,00	191 950,00
60	Инкубатор для интенсивной терапии новорожденных	компл.	1	18 385 530,00	18 385 530,00
61	Конвекционная система обогрева пациента с принадлежностями	шт.	1	3 927 242,00	3 927 242,00
62	Модульное устройство объективного аудиологического скрининга и диагностики слуховой функции	шт.	4	4 500 000	18 000 000
	ИТОГО:				**88 960 822,00**

Место поставки: ГКП на ПХВ «Кордайская центральная районная больница управления здравоохранения акимата Жамбылской области», Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54.

Сроки и условия поставки товаров – согласно графику поставки, указанному в приложении технической спецификации к Тендерной документации.

Полный перечень закупаемых товаров, их количество и подробная спецификация указаны в Приложении 1, в технической спецификации к Тендерной документации.

К тендеру допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в Главе 3 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе

обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от «04» июня 2021 года № 375.
Пакет тендерной документации можно получить на сайте https: crbkorday.kz либо электронную версию по адресу: Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, отдел государственных закупок, время с 09:00 до 17:00 часов
Место представления (приема) документов: Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, отдел государственных закупок.
Окончательный срок подачи тендерных заявок до 12 часов 30 мин. «07» марта 2023 года.
Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 14 часов 00 минут «07» марта 2023 года по следующему адресу: Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54.
Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными заявками.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 87753274343

Состав тендерной комиссии по проведению тендера по закупу медицинских изделий на 2023 год

№ п/п	ФИО	Должность и место работы	Роспись об ознакомлении
1	**Кадырбекова Зауреш Калкамановна**	**Главный врач ГКП на ПХВ «Кордайская центральная районная больница»**	
2	**Черных Иван Викторович**	**Заместитель главного врача по стратегическому развитиюГКП на ПХВ «Кордайская центральная районная больница»**	
3	**Тезекбаева Галия Асемхановна**	**Заместитель главного врача по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению ГКП на ПХВ «Кордайская центральная районная больница»**	

Секретарь комиссии: Муналова Н.К.

Утверждена

приказом главного врача
ГКП на ПХВ «Центральная районная больница Кордайского района

управления здравоохранения акимата Жамбылской области»

Кадырбекова З. К.

от «10» февраля 2023 года №145- ө

_____

ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

предоставляемая организатором тендера потенциальным поставщикам для подготовки тендерных заявок и участия

в «Тендере № 1 по закупу медицинских изделий на 2023 год»

Настоящая Тендерная документация, предоставляемая организатором тендера – ГКП на ПХВ «Кордайская центральная районная больница управления здравоохранения акимата Жамбылской области» потенциальным поставщикам для подготовки тендерных заявок и участия в тендере, разработана в соответствии с требованиями Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно – исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года №375 (далее – Правила).

Предмет тендера.

1. Настоящая тендерная документация по проведению тендера по закупке медицинских изделий для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) разработана с целью предоставления потенциальным поставщикам полной информации об условиях их участия в тендере и размещено на сайте ГКП на ПХВ «Кордайская центральная районная больница управления здравоохранения акимата Жамбылской области».

2. Тендер проводится с целью определения поставщиков по поставке медицинских изделий в 2023 году. Полный перечень закупаемых медицинских изделий приведен в приложении 1 к настоящей тендерной документации.

3. Организатором тендера выступает ГКП на ПХВ «Кордайская центральная районная больница управления здравоохранения акимата Жамбылской области».

4. Заказчик – ГКП на ПХВ «Кордайская центральная районная больница управления здравоохранения акимата Жамбылской области»

Правомочность и квалификация потенциальных поставщиков

5. К тендеру допускаются желающие потенциальные поставщики, занимающиеся производством и/или реализацией и поставкой медицинских изделий, гарантирующие поставку соответствующих по качеству, сертифицированных, зарегистрированных в Республике Казахстан, указанных в перечне и технической спецификации.

6. Для участия в тендере потенциальный поставщик должен соответствовать квалификационным требованиям:

1) правоспособность (для юридических лиц), гражданская дееспособность (для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность);

2) правоспособность на осуществление соответствующей фармацевтической деятельности;

3) не аффилирован с членами и секретарем комиссии (комиссии), а также представителями заказчика, организатора закупа или единого дистрибьютора, которые имеют право прямо и (или) косвенно принимать решения и (или) оказывать влияние на принимаемые решения комиссией (комиссии);

4) отсутствие задолженности в бюджет, в том числе по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование;

5) не подлежит процедуре банкротства либо ликвидации;

6) не является участником тендера по одному лоту со своим аффилированным лицом.

7. Потенциальный поставщик не участвует в закупе, если:

1) близкие родственники, супруг (супруга), близкие родственники супруга (супруги) первых руководителей потенциального поставщика и (или) уполномоченного представителя потенциального поставщика обладают правом принимать решение о выборе поставщика либо являются представителем заказчика, организатора закупа или единого дистрибьютора в проводимом закупе;

2) финансово-хозяйственная деятельность потенциального поставщика или поставщика приостановлена в соответствии с законодательством Республики Казахстан либо законодательством государства потенциального поставщика-нерезидента Республики Казахстан.

Потенциальный поставщик в рамках закупа по одному лоту представляет одно торговое наименование лекарственного средства или медицинского изделия, за исключением случая, когда по условиям объявления или приглашения на закуп требуется его комплектность.

8. В процедуре вскрытия конвертов с тендерными заявками могут присутствовать потенциальные поставщики либо их уполномоченные представители. Полномочия представителя потенциального поставщика должны быть подтверждены в виде доверенности, представляется данным представителем перед вскрытием конвертов с тендерными заявками.

9. Требования к закупаемым медицинским изделиям

1) наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядком, определенным уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения, комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; в случае закупа медицинской техники в специальном транспортном средстве – наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса.

Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;

2) соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп.

При этом допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации;

3) непревышение утвержденных уполномоченным органом в области здравоохранения предельных цен по международному непатентованному названию и торговому наименованию (при наличии) с учетом наценки единого дистрибьютора (в случае закупа единым дистрибьютором), цены в объявлении или приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) хранение и транспортировка в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

5) соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

6) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:

не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

7) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых на дату поставки поставщиком единому дистрибьютору, составляет:

не менее шестидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет) при поставке лекарственных средств и медицинских изделий в период ноябрь, декабрь года, предшествующего году, для которого производится закуп, январь наступившего финансового года и не менее пятидесяти процентов при последующих поставках в течение финансового года;

не менее четырнадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более) при поставке лекарственных средств и медицинских изделий в период ноябрь, декабрь года, предшествующего году, для которого производится закуп, январь наступившего финансового года и не менее двенадцати месяцев при последующих поставках в течение финансового года;

8) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки единым дистрибьютором заказчику составляет:

не менее тридцати процентов от срока годности, указанного на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

не менее восьми месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

9) срок годности вакцин на дату поставки единым дистрибьютором заказчику составляет:

не менее сорока процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

не менее десяти месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

10) менее сроков годности, указанных в подпунктах 8) и 9) настоящего пункта, для переходящих остатков лекарственных средств и медицинских изделий единого дистрибьютора, которые поставляются заказчику для использования по назначению до истечения срока их годности;

11) новизна медицинской техники, ее неиспользованность и производство в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки;

12) внесение медицинской техники, относящейся к средствам измерения, в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений.

Отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений;

13) соблюдение количества, качества и сроков поставки или оказания фармацевтической услуги по условиям договора;

14) наличие документа, подтверждающего поставку потенциальным поставщиком, имеющим статус производителя либо официального представителя производителя.

10. Требования, предусмотренные подпунктами 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) и 14) пункта 9

настоящих Правил, подтверждаются поставщиком при исполнении договора поставки или закупа.

11. Содержание тендерной документации

Тендерная документация, предоставляемая организатором тендера потенциальным поставщикам, содержит:
1) Настоящую Тендерную документацию;
2) Объем медицинских изделий и суммы, выделенные для их закупа по каждому лоту (Приложение 1 к настоящей Тендерной документации).;

3) Место, сроки и другие условия поставки медицинских изделий указаны в технической спецификации согласно Тендерной документации. Поставка должна осуществляться в соответствии с DDP ИНКОТЕРМС 2020).

3) Техническую Спецификацию согласно Тендерной документации;

5) Описание всех критериев, на основе которых будет определяться выигравшая тендерная заявка.

.

12. Потенциальный поставщик должен изучить все требования, формы, условия и спецификации, содержащиеся в тендерной документации и приложениях к ней. Представление тендерной заявки, не отвечающей всем требованиям тендерной документации, представляет собой риск для потенциального поставщика и может привести к отклонению его тендерной заявки.

13. Потенциальный поставщик несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей тендерной заявки, а организатор тендера и тендерная комиссия ни в коем случае не отвечает и не несет обязательства по этим расходам, независимо от характера проведения или результатов тендера.
Тендерная документация предоставляется бесплатно.

Разъяснения тендерной документации

14. Не позднее чем за десять календарных дней до истечения окончательного срока приема тендерных заявок при необходимости потенциальный поставщик обращается к заказчику, организатору закупа за разъяснениями по тендерной документации, на которые заказчик или организатор закупа не позднее трех рабочих дней со дня получения запроса дают разъяснение, направляемое всем потенциальным поставщикам, получившим тендерную документацию, на дату поступления запроса без указания автора запроса.

Внесение изменений и дополнений в тендерную документацию.

15. Не позднее семи календарных дней до истечения окончательного срока приема тендерных заявок заказчик или организатор закупа при необходимости по собственной инициативе или в ответ на запросы потенциальных поставщиков вносят изменения в тендерную документацию, о чем незамедлительно сообщается всем потенциальным поставщикам, представившим тендерные заявки или получившим тендерную документацию. При этом окончательный срок приема тендерных заявок продлевается на срок не менее пяти календарных дней.

16. Заказчик или организатор закупа при необходимости проводит встречу с потенциальными поставщиками для разъяснения условий тендера в месте и время, определенные тендерной документацией, о чем составляется протокол, включающий сведения о ходе и содержании встречи, который направляется всем потенциальным поставщикам, представившим тендерные заявки или получившим тендерную документацию.

Язык тендерной заявки

17. Тендерная заявка, подготовленная потенциальным поставщиком, а также вся корреспонденция и документы касательно тендерной заявки составляются и представляются на языке в соответствии с законодательством Республики Казахстан «О языках». Сопроводительная документация и печатная литература, предоставляемые потенциальным поставщиком, могут быть составлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный, нотариально засвидетельствованный перевод соответствующих разделов на языке тендерной заявки, и в этом случае, в целях интерпретации тендерной заявки, преимущество будут иметь документы, составленные на государственном или русском языке.

Содержание тендерной заявки

18. Тендерная заявка состоит из основной части, технической части и гарантийного обеспечения. В случае привлечения соисполнителя, потенциальный поставщик также прилагает к тендерной заявке документы, указанные в подпунктах 2), 3), 4), 5), 6) и 7) пункта 19 тендерной документации. Срок действия тендерной заявки составляет сорок пять календарных дней, исчисляемых со дня окончательного приема тендерных заявок.

19. Основная часть Тендерной заявки потенциального поставщика, изъявившего желание участвовать в тендере, должна содержать:

1) заявку на участие в тендере по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, (на электронном носителе представляется опись прилагаемых к заявке документов по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения);

2) копию устава для юридического лица (в случае, если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, также представляется выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора, или выписка из реестра действующих держателей акций после даты объявления);

3) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, выданного соответствующим государственным органом;

4) копии соответствующих лицензий на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях";

5) копии сертификатов (при наличии):

о соответствии объекта и производства требованиям надлежащей производственной практики (GMP);

о соответствии объекта требованиям надлежащей дистрибьюторской практики (GDP);

о соответствии объекта требованиям надлежащей аптечной практики (GPP);

6) ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения;

7) оригинал документа, подтверждающего внесение гарантийного обеспечения тендерной заявки.

20. Техническая часть тендерной заявки содержит:

1) технические спецификации с указанием точных технических характеристик заявленных лекарственных средств и (или) медицинских изделий, фармацевтической услуги на бумажном носителе (при заявлении медицинской техники, также на электронном носителе в формате "docx");

2) копию документа о государственной регистрации лекарственного средства и (или) медицинского изделия либо заключения (разрешения) уполномоченного органа в области здравоохранения на ввоз и применение в Республике Казахстан.

На ввезенные и произведенные на территории Республики Казахстан до истечения срока действия регистрационного удостоверения лекарственные средства и (или) медицинские изделия представляются: копии документа, подтверждающего их ввоз через государственную границу Республики Казахстан, их оприходование потенциальным поставщиком; производство отечественным товаропроизводителем, заключение о безопасности, выданное в соответствии с Правилами ввоза на территорию Республики Казахстан и вывоза с территории Республики Казахстан лекарственных средств и медицинских изделий и оказания государственной услуги "Выдача согласования и (или) заключения (разрешительного документа) на ввоз (вывоз) зарегистрированных и не зарегистрированных в Республике Казахстан лекарственных средств и медицинских изделий";

3) акт санитарно-эпидемиологического обследования о наличии "холодовой цепи" с датой выдачи за один и менее год до даты вскрытия конвертов с заявками, если потенциальным поставщиком не представлен сертификат надлежащей дистрибьюторской практики (GDP) или надлежащей производственной практики (GMP), или надлежащей аптечной практики (GPP).

21. Вместе с тендерной заявкой потенциальный поставщик вносит гарантийное обеспечение в размере одного процента от суммы, выделенной для закупа товаров.

Ценовое предложение тендерной заявки

22. Потенциальный поставщик указывает в Ценовом предложении цену единицы товара и общую цену за товар, которые он предлагает поставить согласно тендерной заявке.

23. Цены товаров, кроме стоимости самих товаров должны включать в себя:

1) расходы по транспортировке товара до заказчиков, оговоренных в приложении 1 к настоящей тендерной документации;

2) все налоги, пошлины и другие обязательные платежи и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан;

3) другие составляющие цены потенциального поставщика и требования об обосновании предлагаемых цен, включая сопутствующие услуги.

24. В случае, если в Ценовом предложении составляющие цены тендерной заявки потенциальным поставщиком не указаны, то тендерная комиссия рассматривает представленную цену как определенную с учетом всех затрат, и представленная потенциальным поставщиком цена не подлежит пересмотру.

По каждому лоту потенциальный поставщик представляет только одну цену.

25. В целях оптимального и эффективного расходования бюджетных средств, выделяемых для закупа товаров, предназначенных для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, товары закупаются по ценам, не превышающим установленных в приложении к конкурсной документации.

26. Цены, предлагаемые потенциальным поставщиком, должны оставаться фиксированными в течение всего срока выполнения договора о закупках и не должны меняться, за исключением случаев уменьшения цены.

Обеспечение тендерной заявки

27. Вместе с тендерной заявкой потенциальный поставщик вносит гарантийное обеспечение в размере одного процента от суммы, выделенной для закупа медицинских изделий или фармацевтических услуг.

Гарантийное обеспечение тендерной заявки (далее – гарантийное обеспечение) представляется в виде:

1) гарантийного денежного взноса, который вносится на банковский счет заказчика или организатора закупа либо на счет, предусмотренный Бюджетным кодексом Республики Казахстан для организаторов закупа, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;

2) банковской гарантии по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

Гарантийное обеспечение тендерной заявки в виде залога денег вносится потенциальным поставщиком на соответствующий счет организатора тендера:

Бенефициар ГКП на ПХВ «Кордайская центральная районная больница управления здравоохранения акимата Жамбылской области»
БИН 990240002463
ИИК KZ926010161000024236
БИК HSBKKZKX. АО «Народный банк Казахстана» г. Тараз

28. Гарантийное обеспечение возвращается потенциальному поставщику в течение пяти рабочих дней в случаях:

1) отзыва тендерной заявки потенциальным поставщиком до истечения

окончательного срока их приема;

2) отклонения тендерной заявки по основанию несоответствия положениям

тендерной документации;

3) признания победителем тендера другого потенциального поставщика;

4) прекращения процедур закупа без определения победителя тендера;

5) вступления в силу договора закупа и внесения победителем тендера

гарантийного обеспечения исполнения договора закупа.

63. Гарантийное обеспечение не возвращается потенциальному

поставщику, если :

1) он отозвал или изменил тендерную заявку после истечения окончательного срока приема тендерных заявок;
2) победитель уклонился от заключения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг после признания победителем тендера;

3) признан победителем и не внес либо несвоевременно внес гарантийное обеспечение договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг.

Оформление и визирование тендерной заявки

29. Тендерная заявка печатается либо пишется несмываемыми чернилами, представляется в прошитом и пронумерованном виде, последняя страница скрепляется подписью представителя потенциального поставщика. Техническая спецификация тендерной заявки и оригинал гарантийного обеспечения закупа прикладываются к тендерной заявке отдельно и запечатываются с тендерной заявкой в один конверт. Техническая спецификация представляется в прошитом и пронумерованном виде, последняя страница скрепляется подписью представителя потенциального поставщика.

30. Не допускается внесение в текст тендерной заявки вставок между строками, подтирок или приписок, за исключением случаев необходимости исправления грамматических или арифметических ошибок.

Опечатывание и маркировка конверта с тендерной заявкой.

31. Потенциальный поставщик запечатывает тендерную заявку в конверт. На конверте должны быть указаны наименование и юридический адрес потенциального поставщика, а также телефон потенциального поставщика.
32. Конверт подлежит адресации заказчику или организатору закупа по адресу, указанному в тендерной документации, и содержит слова "Тендер _____(указывается название тендера)" и "Не вскрывать до_____(указываются дата и время вскрытия конвертов, указанные в тендерной документации)".

Место и окончательный срок представления тендерных заявок.

33. Тендерные заявки представляются (направляются) организатору тендера, ГКП на ПХВ «Кордайская центральная районная больница управления здравоохранения акимата Жамбылской области» по адресу: Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, отдел государственных закупок, в срок 07 марта 2023 года до 12 часов 30 мин.
34. Все тендерные заявки, полученные организатором тендера (его ответственным лицом) по истечении окончательного срока приема тендерных заявок, не вскрывается и возвращается потенциальному поставщику.

Отзыв тендерных заявок

35. Потенциальный поставщик при необходимости отзывает заявку в письменной форме до истечения окончательного срока их приема.
36. Не допускается внесение никаких изменений в тендерные заявки после истечения окончательного срока представления тендерных заявок.

Представление тендерных заявок

37. Тендерные заявки должны быть представлены в соответствии с требованиями Правил и настоящей Тендерной документации.

Вскрытие конвертов с тендерными заявками.

38. Потенциальные поставщики, либо их уполномоченные представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными заявками, при этом они должны зарегистрироваться в журнале регистрации потенциальных поставщиков, подтверждая свое присутствие.
.
39. Тендерная комиссия вскрывает конверты с тендерными заявками в присутствии всех прибывших потенциальных поставщиков или их уполномоченных представителей с применением аудио- и видеофиксации 07 марта 2023г. в 14 часов 00 минут .
40 При вскрытии конвертов с тендерными заявками секретарь тендерной комиссии объявляет наименование и адрес потенциальных поставщиков, от которых поступили тендерные заявки, заявленные цены по каждому лоту, условия поставки и оплаты, порядок отзыва тендерных заявок, информацию о документах, составляющих тендерную заявку, и вносит данные сведения в протокол вскрытия конвертов.
41. По процедуре вскрытия конвертов с тендерными заявками секретарем тендерной комиссии составляется протокол вскрытия, который подписывается и полистно парафируется всеми ее членами, председателем тендерной комиссии, его заместителем и секретарем комиссии..

Рассмотрение тендерных заявок.

42. Тендерная комиссия изучает тендерные заявки на предмет их полноты, наличия ошибок в расчетах, необходимых гарантий, всех подписей на документах, а также проверяет правильность оформления заявок в целом.
43. Рассмотрение тендерных заявок осуществляется в соответствии с законодательством РК, и настоящей Тендерной документацией.
44.Тендерная комиссия отклоняет тендерную заявку в целом или по лоту в случаях:

1) непредставления гарантийного обеспечения тендерной заявки в соответствии с требованиями настоящих Правил;

2) непредставления копии устава или выписки о составе учредителей, участников или выписки из реестра держателей акций, или копии учредительного договора в случаях, предусмотренных настоящими Правилами;

3) непредставления копии документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, выданного соответствующим государственным органом, (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

4) непредставления копий соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов, либо непредставления нотариально удостоверенных копий соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", в случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов;

5) наличия в сведениях соответствующего органа государственных доходов информации о задолженности в бюджет, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование (за исключением сумм, по которым изменены сроки уплаты, не отраженных в общей сумме задолженности);

6) непредставления технической спецификации в соответствии с требованиями настоящих Правил;

7) представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации и настоящих Правил;

8) установления факта представления недостоверной информации по квалификационным требованиям и требованиям к лекарственным средствам и (или) медицинским изделиям и услугам, приобретаемым в рамках настоящих Правил;

9) причастности к процедуре банкротства либо ликвидации;

10) непредставления документов, подтверждающих соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий, фармацевтических услуг требованиям, предусмотренным главой 4 настоящих Правил;

11) непредставления копии акта санитарно-эпидемиологического обследования о наличии "холодовой цепи", за исключением случаев представления потенциальным поставщиком сертификата надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), отечественным товаропроизводителем – сертификата о соответствии объекта требованиям надлежащей производственной практики (GMP), сертификата надлежащей аптечной практики (GPP) при закупе фармацевтических услуг;

12) если техническая характеристика заявленной медицинской техники не соответствует технической характеристике и (или) комплектации, определенной регистрационным удостоверением и (или) регистрационным досье;

13) несоответствия требованиям пункта 10 настоящих Правил;

14) установленных пунктами 15, 21 настоящих Правил;

15) если тендерная заявка имеет более короткий срок действия, чем указано в условиях тендерной документации;

16) непредставления ценового предложения либо представления ценового предложения не по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения;

17) представления потенциальным поставщиком цены на лекарственное средство и (или) медицинское изделие, превышающей цену, выделенную для закупа по соответствующему лоту, и (или) предельную цену на международное непатентованное наименование и предельную цену на торговое наименование;

18) представления тендерной заявки в непрошитом виде с непронумерованными страницами, не скрепленной подписью, без указания на конверте наименования или юридического адреса потенциального поставщика, заказчика или организатора закупа;

19) несоответствия потенциального поставщика и (или) соисполнителя предъявляемым квалификационным требованиям;

20) установления факта аффилированности в нарушение требований настоящих Правил.

45. Закуп способом тендера или его какой - либо лот признаются несостоявшимися по одному из следующих оснований:

1) отсутствия тендерных заявок;

2) отклонение всех тендерных заявок потенциальных поставщиков.

46. Если тендер в целом или какой-либо его лот признаны несостоявшимися, заказчик или организатор закупа меняют содержание и условия тендера и проводят повторный тендер в соответствии с главой 9-1 настоящих Правил.

47. Если тендер в целом или какой-либо лот признаны несостоявшимися по основанию подачи только одной заявки, соответствующей требованиям тендерной документации, то заказчиком или организатором закупа осуществляется закуп способом из одного источника у потенциального поставщика, подавшего данную заявку.

48. Победитель тендера определяется среди потенциальных поставщиков, тендерные заявки которых признаны тендерной комиссией соответствующими условиям объявления и требованиям настоящих Правил, на основе наименьшего ценового предложения.

В отсутствие конкуренции по лоту или при отклонении тендерных заявок конкурентов по лоту победителем тендера признается потенциальный поставщик, чья тендерная заявка признана тендерной комиссией единственной соответствующей условиям объявления и требованиям настоящих Правил.

49. Критерии и методы оценки соответствия потенциальных поставщиков предъявляемым квалификационным требованиям:

Для участия в процессе закупок потенциальный поставщик должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:

1) правоспособность (для юридических лиц), гражданская дееспособность (для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность);

2) правоспособность на осуществление соответствующей фармацевтической деятельности;

3) не аффилирован с членами и секретарем комиссии (комиссии), а также представителями заказчика, организатора закупа или единого дистрибьютора, которые имеют право прямо и (или) косвенно принимать решения и (или) оказывать влияние на принимаемые решения комиссией (комиссии);

4) отсутствие задолженности в бюджет, в том числе по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование;

5) не подлежит процедуре банкротства либо ликвидации;

6) не является участником тендера по одному лоту со своим аффилированным лицом.

Соответствие потенциальных поставщиков предъявляемым квалификационным требованиям, а также полнота и достоверность представляемой ими информации устанавливаются в момент рассмотрения тендерной комиссией документов, представленных потенциальными поставщиками в соответствии с настоящей Тендерной документацией.

50. Тендерная комиссия оценивает, сопоставляет тендерные заявки, принятые для участия в тендере, и определяет выигравшую тендерную заявку на основе самой низкой цены и с учетом критериев, указанных в тендерной документации.

Поддержка отечественных товаропроизводителей и/или производителей государств-членов Евразийского экономического союза

51. В случае, если в закупе по лоту участвует один потенциальный поставщик, являющийся отечественным товаропроизводителем и (или) производителем государств-членов Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), представивший заявку, соответствующую условиям объявления или приглашения на закуп и требованиям настоящих Правил, такой потенциальный поставщик признается победителем, а заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются.

52. В случае, если в закупе по лоту участвуют два и более потенциальных поставщика, являющихся отечественными товаропроизводителями и (или) производителями государств-членов ЕАЭС, заявки которых соответствуют условиям объявления или приглашения на закуп и требованиям настоящих Правил, то победитель среди них определяется по наименьшей цене, а заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются.

53. Статус отечественного товаропроизводителя потенциального поставщика при проведении закупа подтверждается следующими документами:

1) лицензией на фармацевтическую деятельность по производству лекарственных средств и (или) медицинских изделий, полученной в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях;

2) регистрационным удостоверением на лекарственное средство или медицинское изделие, выданным в соответствии с положениями Кодекса и порядком, определенным уполномоченным органом в области здравоохранения, с указанием отечественного товаропроизводителя в качестве производителя.

54. При заключении договора или дополнительного соглашения к долгосрочному договору поставки отечественный товаропроизводитель на поставляемые лекарственные средства и медицинские изделия предоставляет сертификат о происхождении лекарственных средств, медицинских изделий для внутреннего обращения "СТ KZ".

55. Статус потенциального поставщика-производителя государств-членов ЕАЭС подтверждается следующими документами:

1) лицензией на фармацевтическую деятельность по производству лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

2) регистрационным удостоверением, соответствующим Правилам регистрации и экспертизы ЕАЭС (согласно решениям Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 года № 78 и от 12 февраля 2016 года № 46).

3)

Поддержка предпринимательской инициативы

56. Преимущество на заключение договоров имеют потенциальные поставщики, получившие в соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения Республики Казахстан сертификат о соответствии объекта требованиям:

1) надлежащей производственной практики (GMP) при закупе лекарственных средств и заключении долгосрочных договоров поставки лекарственных средств;

2) надлежащей дистрибьюторской практики (GDP) при закупе лекарственных средств и фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;

3) надлежащей аптечной практики (GPP) при закупе фармацевтических услуг.

57. Для получения преимущества на заключение договора закупа или договора поставки к заявке:

1) отечественные товаропроизводители при закупе лекарственных средств и заключении долгосрочных договоров поставки лекарственных средств прикладывают сертификат о соответствии объекта и производства требованиям надлежащей производственной практики (GMP), полученный в соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения Республики Казахстан;

2) потенциальные поставщики при закупе лекарственных средств прикладывают сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), полученный в соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения Республики Казахстан;

3) потенциальные поставщики и (или) их соисполнители при закупе фармацевтических услуг прикладывают сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей аптечной практики (GPP), полученный в соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения Республики Казахстан.

58. Если в закупе по лоту участвует только один потенциальный поставщик, представивший заявку, соответствующую условиям объявления или приглашения на закуп и требованиям настоящих Правил, и сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей производственной практики (GMP) или надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), такой потенциальный поставщик признается победителем, а заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются.

59. Если в закупе по лоту участвуют два и более потенциальных поставщика, представивших тендерные заявки, соответствующие условиям объявления или приглашения на закуп и требованиям настоящих Правил, и сертификаты о соответствии объектов требованиям надлежащей производственной практики (GMP) или надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), то победитель среди них определяется по наименьшей цене, а заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются.

60. Если в закупе по лоту участвуют два и более потенциальных поставщика, представивших регистрационное удостоверение, полностью и в точности соответствующее данным государственного реестра лекарственных средств и (или) медицинских изделий, или номер разрешения (заключения) уполномоченного органа в области здравоохранения на ввоз лекарственного средства и (или) медицинского изделия в Республику Казахстан, преимущественное право предоставляется потенциальным поставщикам, представившим регистрационное удостоверение, при этом победитель среди них определяется по наименьшей цене, а заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются.

Подведение итогов

61. Тендерная комиссия подводит итоги тендера в течении десяти календарных дней со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками путем оформления протокола итогов тендера.

62. В течение трех календарных дней со дня подведения итогов тендера заказчик или организатор закупа уведомляют потенциальных поставщиков, принявших участие в тендере, о результатах тендера путем размещения протокола итогов на интернет-ресурсе заказчика или организатора закупа.

Заключение договора о закупках.

63. Заказчик в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера либо получения итогов закупа от организатора закупа направляет потенциальному поставщику подписанный договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг, составляемый по формам, утвержденным уполномоченным органом в области здравоохранения.

64. В течение десяти рабочих дней со дня получения договора победитель тендера подписывает его либо письменно уведомляет заказчика о несогласии с его условиями или отказе от подписания. Непредставление в указанный срок подписанного договора или уведомления о несогласии с условиями считается отказом от его заключения. Срок разрешения разногласий не должен превышать двух рабочих дней.

65. Договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг вступают в силу со дня подписания его уполномоченными представителями сторон, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

66. Если победитель тендера уклонился от подписания договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг в установленный срок или не уведомил заказчика о несогласии с его условиями, то заказчик заключает договор с участником тендера, соответствующим требованиям настоящих Правил, и ценовое предложение которого является вторым после предложения победителя.

67. Не допускается внесение каких-либо изменений и (или) новых условий в договор (за исключением уменьшения цены товара, объема), которые изменяют содержание предложения, явившегося основой для выбора поставщика, в том числе замена торгового наименования, указанного в договоре другим торговым наименованием.

68. Внесение изменения в заключенный договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на товары и соответственно цены договора;

2) по взаимному согласию сторон в части уменьшения объема товаров, фармацевтических услуг.

69. Допускается проведение переговоров заказчиком либо организатором закупа с потенциальным поставщиком, признанным победителем тендера, с целью уменьшения цены лекарственных средств и (или) медицинских изделий либо фармацевтической услуги до подписания договора закупа и договора на оказание фармацевтических услуг с применением аудио- и видеофиксации. Потенциальный поставщик принимает решение по своему усмотрению о согласии или несогласии на уменьшение цены лекарственных средств и (или) медицинских изделий или фармацевтической услуги, что не является основанием для отказа заказчиком либо организатором закупа в подписании договора с потенциальным поставщиком, признанным победителем тендера.
70. Контроль за исполнением договоров осуществляется заказчиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

71. К договору о закупе медицинских изделий применяются нормы Гражданского кодекса Республики Казахстан.

Обеспечение исполнения договора о закупе

72. Гарантийное обеспечение исполнения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг вносится поставщиком не позднее десяти рабочих дней со дня его вступления в силу, если им не предусмотрено иное.
Гарантийное обеспечение составляет три процента от цены договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг и представляется в виде:
1) гарантийного взноса в виде денежных средств, размещаемых в банке, обслуживающем заказчика;

2) банковской гарантии, выданной в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

73. Гарантийное обеспечение в виде гарантийного взноса денежных средств вносится потенциальным поставщиком на соответствующий счет заказчика.

74. Гарантийное обеспечение не вносится, если цена договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг не превышает двухтысячекратного размера месячного расчетного показателя на соответствующий финансовый год.

75. Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения договора поставщику после полного и надлежащего исполнения поставщиком своих обязательств по этому договору в сроки, указанные в договоре, или в течение пяти рабочих дней с момента полного исполнения поставщиком обязательств, если этот срок не указан в договоре.

76. Гарантийное обеспечение исполнения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг не возвращается заказчиком поставщику в случаях:

1) расторжения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком договорных обязательств;

2) неисполнения или исполнения ненадлежащим образом своих обязательств по договору поставки (нарушение сроков поставки и нарушение других условий договора);

3) неуплаты штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий, предусмотренных договором закупа или договором на оказание фармацевтических услуг.

Приложение 1 к тендерной документации

Перечень закупаемых медицинских изделий на 2023 год

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена, тенге	Сумма, тенге
	Набор для артроскопии к видеостойке Telecam SL II				
1	Моторная система	шт.	1	8 038 800,00	8 038 800,00
2	Шейверная рукоятка	шт.	1	4 943 400,00	4 943 400,00
3	Лезвие шейвера	шт.	1	299 200,00	299 200,00
4	Лезвие шейвера	шт.	1	299 200,00	299 200,00
5	Лезвие шейвера	шт.	1	299 200,00	299 200,00
6	Фреза хирургическая	шт.	1	597 850,00	597 850,00
7	Аспирационная и ирригационная помпа	шт.	1	2 267 650,00	2 267 650,00
8	Набор силиконовых трубок для ирригации	шт.	2	500 500,00	1 001 000,00
9	Оптика 30 градусов, 4 мм, 18 см	шт.	1	2 167 550,00	2 167 550,00
10	Тубус металлический с краном, с замком ЛЮЕР	шт.	1	357 500,00	357 500,00
11	Обтуратор	шт.	1	74 250,00	74 250,00
12	Канюля для промывания по STROBEL	шт.	1	76 450,00	76 450,00
13	Крючок-пальпатор	шт.	1	91 850,00	91 850,00
14	Выкусыватель	шт.	1	900 900,00	900 900,00
15	Выкусыватель	шт.	1	900 900,00	900 900,00
16	Выкусыватель	шт.	1	900 900,00	900 900,00
17	Выкусыватель	шт.	1	900 900,00	900 900,00
18	Выкусыватель	шт.	1	709 500,00	709 500,00
19	Выкусыватель	шт.	1	709 500,00	709 500,00
20	Щипцы	шт.	1	900 900,00	900 900,00
21	Щипцы захватывающие	шт.	1	709 500,00	709 500,00
22	Щипцы захватывающие	шт.	1	433 950,00	433 950,00
23	Щипцы захватывающие	шт.	1	709 500,00	709 500,00
24	Рашпиль узкий	шт.	1	180 950,00	180 950,00
25	Нож	шт.	1	110 550,00	110 550,00
26	Нож	шт.	1	110 550,00	110 550,00

27	Долото	шт.	1	272 800,00	272 800,00
28	Долото	шт.	1	272 800,00	272 800,00
	Набор для цистоскопии и биполярной ТУР к видеостойке Telecam SL II				
29	Оптика жесткая со стеклянными линзами передне-бокового видения 12° крупноформатная	шт.	1	2 883 650,00	2 883 650,00
30	Тубус для цисто-уретроскопа	шт.	1	436 700,00	436 700,00
31	Тубус для цисто-уретроскопа	шт.	1	436 700,00	436 700,00
32	Тубус для цисто-уретроскопа	шт.	1	419 100,00	419 100,00
33	Мостик переходной, с одним закрываемым инструментальным каналом	шт.	1	171 050,00	171 050,00
34	Механизм отклоняющий, с управляющим рычагом с ускоренным регулированием по ALBARRAN, с двумя инструм	шт.	1	544 500,00	544 500,00
35	Щипцы захватывающие для удаления инородных тел, с двумя подвижными браншами, гибкие, 7Шр, длина 40 см	шт.	1	298 100,00	298 100,00
36	Выкусыватель биопсийный, с двумя подвижными браншами, гибкий, 7Шр, длина 40 см	шт.	1	298 100,00	298 100,00
37	Ножницы с одним подвижным лезвием, гибкие, 7Шр, длина 40 см	шт.	1	298 100,00	298 100,00
38	Щипцы захватывающие для удаления инородных тел, с двумя подвижными браншами, гибкие, 5 Шр, длина 40	шт.	1	298 100,00	298 100,00
39	Выкусыватель биопсийный, с двумя подвижными браншами, гибкий, 5 Шр, длина 40 см	шт.	1	298 100,00	298 100,00
40	Канюля инъекционная, гибкая, 6 Шр., длина 50 см	шт.	1	82 500,00	82 500,00
41	Электрод коагуляционный, 5 Шр., монополярный, гибкий, пуговчатый, длина 53 см	шт.	1	47 300,00	47 300,00
42	Электрод, игольчатый, 7 Шр., монополярный, длина 53 см	шт.	1	47 300,00	47 300,00
43	Эндошприц по REINER-ALEXANDER, объем 150 мл	шт.	2	186 450,00	372 900,00
44	Захват корзинчатый для камней	шт.	1	943 250,00	943 250,00
45	Тубус, операционный, размер 26 Шр.	шт.	2	576 400,00	1 152 800,00
46	Обтуратор	шт.	1	86 350,00	86 350,00
47	Обтюратор тупоконечный	шт.	1	235 950,00	235 950,00
48	Рабочий элемент биполярный	шт.	2	1 362 900,00	2 725 800,00
49	Оптика жесткая со стеклянными линзами передне-бокового видения 12° крупноформатная	шт.	1	2 883 650,00	2 883 650,00

50	Петля режущая, биполярная	шт.	18	86 350,00	1 554 300,00
51	Петля режущая, биполярная, малая	шт.	6	94 050,00	564 300,00
52	Адаптер	шт.	1	72 050,00	72 050,00
53	Электрод коагулирующий, биполярный	шт.	6	94 050,00	564 300,00
54	Электрод биполярный, вапоризационный шарик	шт.	6	88 000,00	528 000,00
55	Расширитель меатуса, ступенчатый, конический, размер 15 - 30 Шр.	шт.	1	90 200,00	90 200,00
56	Обтуратор мандрен для введения катетеров	шт.	1	38 500,00	38 500,00
57	Шнур высокочастотный биполярный	шт.	4	142 450,00	569 800,00
58	Оптоволоконный световод	шт.	1	276 650,00	276 650,00
59	Корзина для чистки	шт.	1	191 950,00	191 950,00
60	Инкубатор для интенсивной терапии новорожденных	компл.	1	18 385 530,00	18 385 530,00
61	Конвекционная система обогрева пациента с принадлежностями	шт.	1	3 927 242,00	3 927 242,00
62	Модульное устройство объективного аудиологического скрининга и диагностики слуховой функции	шт.	4	4 500 000,00	18 000 000,00
	ИТОГО:				**88 960 822,00**

Техническая спецификация закупаемых товаров

Тендер № 1 по закупу медицинских изделий на 2023 год

Лоты № 1- 59

№ лота	Наименование лота	Техническая характеристика	Срок поставки товара	Место поставки товара
		Набор для артроскопии		
1	Моторная система	Аппарат , универсальный электромеханический хирургический, с цветным сенсорным дисплеем, двумя моторными выходами, сетевое напряжение 100 - 120/230 - 240 VAC, 50/60 Hz	120 рабочих дней	DDP ИНКОТЕРМС 2020 Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
2	Шейверная рукоятка	Рукоятка, шейверная, количество оборотов до 8000 об/мин, для использования с моторной системой		
3	Лезвие шейвера	Лезвие шейвера , особо острый резак для мениска, многоразовый, стерилизуемый, диам. 4,2 мм, рабочая длина 120 мм		
4	Лезвие шейвера	Лезвие шейвера , агрессивный резак, многоразовый, стерилизуемый, диаметр 4.5 мм, рабочая длина 120 мм		
5	Лезвие шейвера	Лезвие шейвера , резектор полнорадиусный, многоразовый, стерилизуемый, диам. 4,2 мм, рабочая длина 120мм		
6	Фреза хирургическая	Фреза хирургическая , насадка рабочая - бор, овальный, одноразовый, 6 шт./упак., стерильный, диам. 4.2 мм, рабочая длина 120 мм		
7	Аспирационная и ирригационная помпа	Аспирационная и ирригационная помпа , с интегрированным модулем централизованного управления, с роликовым блоком и функцией контроля внутриполостного давления, с сетевым кабелем. Сеть 100 - 240 VAC, 50/60 Гц		

8	Набор силиконовых трубок для ирригации	Набор трубок для ирригации, с возможность контроля давления, многоразовый, стерилизуемый		
9	Оптика 30 градусов, 4 мм, 18 см	Оптика жесткая со стеклянными линзами, передне-бокового видения 30°, крупноформатная, широкоугольная, диам. 4 мм, длина 18 см, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом.		
10	Тубус металлический с краном, с замком ЛЮЕР	Тубус, для артроскопа высокопоточный, диаметр 5,5 мм, рабочая длина 13,5 см с замком-защелкой, с двумя вращающимися кранами, для использования с оптикой 0°, 30°, 45°, 70° и 90°		
11	Обтуратор	Обтуратор, тупой, для использования с тубусом артроскопа		
12	Канюля для промывания по STROBEL	Канюля, для промывания по STROBEL, диам. 5 мм, длина 14.5 см		
13	Крючок-пальпатор	Крючок, для пальпации, градуированный, длина крючка 4 мм, диаметр 1,5 мм, рабочая длина 8,5 см.		
14	Выкусыватель	Щипцы, выкусыватель, прорезающий насквозь, ширина разреза 3,4 мм, диаметр тубуса 3,5 мм, прямой, рабочая длина 12 см, рукоятка с соединителем для чистки.	120 рабочих дней	DDP ИНКОТЕРМС 2020
15	Выкусыватель	Щипцы, выкусыватель, прорезающий насквозь, ширина разреза 3,4 мм, диаметр тубуса 3,5 мм, на 15° изогнут вверх, рабочая длина 12 см, прямой, рукоятка с соединителем для чистки.		
16	Выкусыватель	Щипцы, выкусыватель прорезающий насквозь, ширина разреза 2,7 мм, диаметр тубуса 3,5 мм, прямой, рабочая длина 12 см, рукоятка с соединителем для чистки.		
17	Выкусыватель	Щипцы, выкусыватель, прорезающий насквозь, ширина разреза 2,7 мм, диаметр тубуса 3,5 мм, рабочая длина 12 см, 15° изогнут вверх, рукоятка с соединителем для чистки.		
18	Выкусыватель	Щипцы, выкусыватель, режущий насквозь, перекрестно-зубчатый, бранши прямые, ширина разреза 3,4 мм, загнутый в тубусе влево на 30°, диаметр 3 мм, рабочая длина 12 см, рукоятка с коннектором для чистки		Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный
19	Выкусыватель	Щипцы, выкусыватель, режущий насквозь, перекрестно-зубчатый, бранши прямые, ширина разреза 3,4 мм, загнутый в тубусе вправо на 30° , диаметр 3 мм, рабочая длина 12 см, рукоятка с коннектором для чистки		

20	Щипцы	Щипцы, овальный выкусыватель, с зубцами по режущему контуру, бранши прямые, диаметр тубуса 3,5 мм, рабочая длина 12 см, рукоятка с соединителем для чистки.		склад
21	Щипцы захватывающие	Щипцы, захватывающие, ложкообразные, прямые, ширина бранш 3,4 мм, диаметр тубуса 3 мм, прямой, рукоятка с коннекторорм для чистки, рабочая длина 12 см		
22	Щипцы захватывающие	Щипцы, захватывающие для мениска по SCHLESINGER с крючком и фиксатором, бранши прямые, тубус прямой, рабочая длина 13 см		
23	Щипцы захватывающие	Щипцы, захватывающие, бранши агрессивные, прямые, для инородных тел, диаметр тубуса 3,5 мм, прямой, рабочая длина 19 см, неразборные, рукоятка с коннектором для чистки		
24	Рашпиль узкий	Рашпиль, узкий, загнутый, тонкий, длина 13 см		
25	Нож	Нож, серповидный прямой, рабочая длина 11,5 см		
26	Нож	Нож, в форме розетки, прямой		
27	Долото	Долото, микрофактурное, 70° изогнуто, рабочая длина 180 мм		
28	Долото	Долото, микрофактурное, 30° изогнуто, рабочая длина 180 мм		
		Набор для цистоскопии и биполярной ТУР		
29	Оптика жесткая со стеклянными линзами передне-бокового видения 12° крупноформатная	Оптика жесткая со стеклянными линзами, передне-бокового видения 30°, крупноформатная, диаметр 4 мм, длина 30см, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом	120 рабочих дней	DDP ИНКОТЕРМС 2020
30	Тубус для цисто-уретроскопа	Тубус, для цисто-уретроскопа 22 Шр., с вырезом и обтюратором , с 2-мя переходниками с замками LUER		Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный

				склад
31	Тубус для цисто-уретроскопа	Тубус , для цисто уретроскопа, размер 20 Шр. с вырезом и обтюратором, в составе: тубус цисто уретроскопа обтуратор с 2-мя переходниками с замками LUER	120 рабочих дней	DDP ИНКОТЕРМС 2020 Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
32	Тубус для цисто-уретроскопа	Тубус, цисто-уретроскопа 17 Шр., с обтюратором и 2-мя переходниками с замками LUER		
33	Мостик переходной, с одним закрываемым инструментальным каналом	Переходной мостик, с 1 закрываемым инструментальным каналом для использования с тубусами цистоскопа		
34	Механизм отклоняющий, с управляющим рычагом с ускоренным регулированием по ALBARRAN, с двумя инструм	Механизм отклоняющий, с управляющим рычагом с ускоренным регулированием по ALBARRAN, с 2-мя инструментальными каналами.		
35	Щипцы захватывающие для удаления инородных тел, с двумя подвижными браншами, гибкие, 7Шр, длина 40 см	Щипцы, захватывающие для удаления инородных тел, с 2-мя подвижными браншами, гибкие, 7 Шр., длина 40 см		
36	Выкусыватель биопсийный, с двумя подвижными браншами, гибкий, 7Шр, длина 40 см	Выкусыватель биопсийный, с 2-мя подвижными браншами, гибкий, 7 Шр., длина 40 см		
37	Ножницы с одним подвижным лезвием, гибкие, 7Шр, длина 40 см	Ножницы, с одним подвижным лезвием, гибкие, 7 Шр., длина 40 см		
38	Щипцы захватывающие для удаления инородных тел, с двумя подвижными браншами, гибкие, 5 Шр, длина 40	Щипцы, для удаления инородных тел, 5 Шр., длина 40 см, гибкие, с 2-мя подвижными браншами		
39	Выкусыватель биопсийный, с двумя подвижными браншами,	Выкусыватель биопсийный, 5 Шр., длина 40 см, гибкий, с 2-мя подвижными браншами		

	гибкий, 5 Шр, длина 40 см			
40	Канюля инъекционная, гибкая, 6 Шр., длина 50 см	Канюля, инъекционная, гибкая, 6 Шр., длина 50 см		
41	Электрод коагуляционный, 5 Шр., монополярный, гибкий, пуговчатый, длина 53 см	Электрод, коагуляционный, 5 Шр., монополярный, гибкий, пуговчатый, длина 53 см		
42	Электрод, игольчатый, 7 Шр., монополярный, длина 53 см	Игольчатый электрод, 7 Шр., монополярный, длина 53 см		
43	Эндошприц по REINER-ALEXANDER, объем 150 мл	Эндошприц, по REINER-ALEXANDER, объем 150 мл		
44	Захват корзинчатый для камней	Зажим, корзинчатый захват для камней, размер 5 Шр., длина 60 см, включает: 1х трех-кольцевая рукоятка 3х корзинка 3х спираль		
45	Тубус, операционный, размер 26 Шр.	Тубус, резектоскопа 26 Fr., со скошенным наконечником, поворотный внутренний тубус с керамической изоляцией, с быстросъемным замком, состоит из: тубус резектоскопа внешний, тубус резектоскопа внутренний и соединительные трубки для аспирации и ирригации	120 рабочих дней	DDP ИНКОТЕРМС 2020
46	Обтуратор	Обтуратор, стандартный, для тубусов резектоскопа		
47	Обтюратор тупоконечный	Обтуратор, оптический по SCHMIEDT, для тубусов резектоскопа		
48	Рабочий элемент биполярный	Рабочий элемент, резектоскопа, биполярный, Двигается с помощью пружины. В нерабочем положении электрод находится внутри тубуса.		
49	Оптика жесткая со стеклянными линзами передне-бокового видения 12° крупноформатная	Оптика жесткая со стеклянными линзами, 12°, крупноформатная, диаметр 4 мм, длина 30 см, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом.		Жамбылская область,

50	Петля режущая, биполярная	Петля, биполярная, 24 Шр., для использования с оптикой. Диаметр проволоки активного электрода 0,35 мм. Возвратный электрод выполнен из проволоки диаметром 0,6 мм, расположен над активным электродом, имеет U-образную форму.		Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
51	Петля режущая, биполярная, малая	Петля, режущая, биполярная, малая, 24 Шр., для использования с оптикой		
52	Адаптер	Адаптер, для использования шприца с внешним тубусом резектоскопа		
53	Электрод коагулирующий, биполярный	Электрод, коагулирующий, биполярный, остроконечный, 24 Шр., для использования с оптикой.		
54	Электрод биполярный, вапоризационный шарик	Электрод, биполярный, 24 Шр., вапоризационный шарик для использования с оптикой .		
55	Расширитель меатуса, ступенчатый, конический, размер 15 - 30 Шр.	Расширитель, меатуса, ступенчатый, конический, размер 15 - 30 Шр.		
56	Обтуратор мандрен для введения катетеров	Обтуратор, мандрен для введения катетеров		
57	Шнур высокочастотный биполярный	Шнур высокочастотный биполярный для резектоскопа, 400 cm		
58	Оптоволоконный световод	Световод, волоконнооптический, диам. 3.5 мм, длина 230 см		
59	Корзина для чистки	Корзинка, решето, средняя, для чистки, стерилизации и хранения двух эндоскопов и одного световодного кабеля. 487x125x54 мм для жестких эндоскопов до 10 мм диаметра и до 32 см рабочей длины.		

Техническая спецификация закупаемых товаров

Тендер № 1 по закупу медицинских изделий на 2023 год

Лот № 60

<table>
<tr><th>№
п/п</th><th>Критерии</th><th colspan="4">Описание</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Наименование медицинской техники

(в соответствии с государственным реестром медицинских изделий, с указанием модели, наименованием производителя, страны)</td><td colspan="4">Инкубатор для интенсивной терапии новорожденных</td></tr>
<tr><td rowspan="4">2</td><td rowspan="4">Требования к комплектации</td><td>№
п/п</td><td>Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий)</td><td>Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике.</td><td>Требуемое количество

(с указанием единицы измерения)</td></tr>
<tr><td colspan="4">Основные комплектующие</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Основной блок инкубатора</td><td>Инкубатор для интенсивной терапии новорожденных.

Особенности конструкции:

Съемный купол – наличие.

Откидные двойные дверцы– наличие.

Порты доступа – наличие.

Механизм двойного замка панелей и фиксаторы– наличие.</td><td>1 шт.</td></tr>
</table>

				Сенсорный модуль– наличие. Увлажнитель– наличие. Камера увлажнителя– наличие. Подставка для рентген кассеты– наличие. Ложе с боковыми ограждениями– наличие. Механизм регулировки угла наклона платформы– наличие. TFT-ЖК дисплей с фиксатором и держателем– наличие. Шнур электропитания– наличие. Основные функции инкубатора для интенсивной терапии: • Термотерапия путем регулирования греющей мощности инкубатора по температуре воздуха и температуре кожи пациента. • Регулируемая влажность воздуха. • Кислородная терапия путем регулируемого насыщения вдыхаемого воздуха кислородом. • Пульсоксиметрия. • Измерение веса ребенка. Мониторируемые параметры: температура воздуха внутри инкубатора, температура кожи, периферическая температура кожи, относительная влажность воздуха внутри инкубатора, концентрация O2 внутри инкубатора, SpO2, ЧСС, вес тела, мощность обогревателя. Колпак инкубатора должен быть полностью разборный (возможность снять купол и четыре боковых стенки без использования специальных инструментов) и выполнен из прозрачного акрила и иметь двойные боковые стенки. Купол инкубатора должен быть специальной формы со скошенными углами для удобной визуализации за ребёнком из любого	

				положения. Наличие системы циркуляции воздуха, обеспечивающей постоянное движение, обогрев и равномерное распределение теплого воздуха внутри инкубатора и создающей воздушную завесу при открывании портов доступа, что сводит к минимуму конвекционную потерю тепла у новорожденного. При извлечении ребенка в инкубаторе автоматически должен сохраняться оптимальный температурный режим для его возвращения. Инкубатор должен иметь две боковые панели с двойными стенками для обеспечения полного доступа с обеих сторон, для проведения манипуляции одновременно двумя операторами/врачами специалистами. Боковые панели доступа должны открываться на 180 градусов. Боковые панели доступа должны быть снабжены механизмом двойной блокировки замков для повышенной безопасности новорожденного. Инкубатор должен иметь не менее чем шесть портов доступа: (четыре стандартных с возможностью открытия персоналом локтевым касанием, два ирисовых с возможностью замены одного из них на специализированный порт подведения неонатальных контуров аппарата ИВЛ). Наличие фиксаторов портов доступа. Наличие эластичных манжет на порты доступа не менее 6 шт. Дополнительные силиконовые порты доступа для подведения трубок и шлангов: не менее 8. Наличие функции тренделенбурга/антитренделенбурга платформы матраца. Регулировка угла наклона должна осуществляться при помощи механического регулятора не менее чем на 13 градусов. Платформа матраца должна выдвигаться в обе стороны. Платформа матраца должна иметь четыре боковых ограждения, два из которых (головной и ножной) должны иметь специальные порты	

				доступа для подведения трубок и шлангов. Наличие матраца с оптимальной плотностью покрытия для обеспечения комфорта пациента. Наличие поддона для рентген кассеты. Возможность проведения рентгеновского обследования, не извлекая новорожденного из инкубатора. Наличие возможности выдвижения поддона в обе стороны. Инкубатор должен иметь сенсорный модуль, измеряющий влажность, уровень кислорода и температуру внутри инкубатора, полностью извлекаемый для дезинфекции, закрепляемый в головной части купола. Инкубатор имеет внешний цветной TFT-ЖК Touchscreen дисплей не менее 7 дюймов, 800 x 480 точек, 256 цветов. Дисплей должен позволять докторам и медсестрам задавать нужные параметры и получать числовую и графическую информацию об изменениях в показателях жизненно важных функций младенца и условий среды в инкубаторе. Регулировка положения дисплея в правую и левую сторону, а также по высоте для выбора более удобного положения. Меню инкубатора должно быть русифицировано. На дисплее должны отображаться: Основной экран: заданная температура, температура воздуха внутри инкубатора, температура кожи №1, температура кожи №2, относительная влажность, концентрация кислорода. Экран трендов: Температурный тренд (по левой оси: температура воздуха внутри инкубатора, температура кожи №1, температура кожи №2; по правой оси: процентная шкала (относительной влажности и концентрации кислорода).	

				Тренд мощности обогревателя (отображает изменения выходной мощности нагревательного элемента инкубатора, а также обогревателя для новорожденных). Наличие возможности установить временной интервал для графиков, отображаемых на экране трендов не менее чем на 1, 3, 6, 12 или 24 часа. Режимы управления температурой: Ручной контроль/Серво-контроль (автоматический). Диапазон установки температуры кожи при автоматическом управлении: не менее 34.0-37.5 градусов С (режим отключенной автоматики: 37.6-38.0 градусов С). Диапазон установки температуры воздуха в инкубаторе при ручном управлении: не менее 23.0-37.0 градусов С (режим отключенной автоматики: 37.1-39.0 градусов С). Диапазон отображения температуры кожи: не менее 30.0-42.0 градусов С, точность: не хуже ±0,3 градуса С. Диапазон отображения температуры воздуха в инкубаторе: не менее 20.0-42.0 градусов С, точность: ±0,3 градуса С. Мощность нагревателя: 0-100% (не менее 10 уровней). Индикация уровней мощности нагрева. Время подогрева: не более 40 мин при окружающей температуре 25 градусов С. Режим управления влажностью: Серво-контроль (автоматический). Камера влажности кассетного типа полностью извлекаемая, защищена от контаминации. Наличие двух датчиков влажности для определения аварийного уровня воды в камере влажности «Почти пустой» и «Пустой». Автоматическая активация функции увлажнения. Автоматический контроль уровня влажности внутри инкубатора. Диапазон установки: 40-95% RH (с шагом 1%). Диапазон отображения: не менее 15-99% RH. Точность: не хуже ±10%. Длительность увлажнения без добавления воды: не менее ≥8 часов. Максимальная влажность: не более ≥90% (при окружающей влажности 50% RH, окружающей температуре 25 градусов С,	

				установке температуры воздуха в инкубаторе 37°С). Тревоги: высокая температура, заданная температура, датчик температуры кожи, датчик влажности, низкий уровень воды, нет воды, отключение камеры увлажнения, заданная влажность, датчик кислорода, концентрация кислорода, уровень кислородного потока, датчик кислорода не откалиброван, вентилятор, сбой системы, отключение питания, тревога сенсорного модуля, тревога крышки фильтра. Уровень шума не более 45 Дб. Инкубатор должен иметь электростатический фильтр для очистки воздуха. Загрязненность фильтра должна просматриваться через прозрачное окошечко. Замена фильтра должна осуществляться медицинским персоналом без использования дополнительных инструментов. Напоминание о замене фильтра должно появляться на дисплее раз в три месяца. Требования к питанию: основной блок: напряжение 220В-240В переменного тока, частота переменного тока 50-60 Гц, потребляемая мощность не более 600 ВА; Режим работы: непрерывная работа. Защита от проникновения воды IPX4. Электроизоляция класса I. Габариты: основной блок (с подъёмной стойкой): не более 665 х 1015 х 1465-1665 мм (без дисплея). Высота матраца: 86-106 см. Внешний дисплей: 220 х 50 х 140 мм. Матрац: не менее 650 х 365 х 20 мм. Вес со стойкой: не более 86 кг.	
		2	Подъемная стойка с раздельными педалями управления	Основной блок инкубатора расположен на стойке с подъемным механизмом регулирования высоты. Стойка мобильная на 4 колесах, оснащенных блокирующими стопорами. Электрическая регулировка высоты осуществляется при помощи двойной педали (вверх/вниз).	1 шт.

				Высота должна регулироваться не менее чем на 20 см. Стойка инкубатора должна быть изготовлена из высокопрочной стали с нанесенным высококачественным покрытием, устойчивым к деформациям, износу и механическим повреждениям, что позволяет безопасно перемещать инкубатор внутри помещения, а также обеспечивает простоту и эффективность чистки и дезинфекции. Напряжение 220В-240В переменного тока, частота переменного тока 50 Гц, потребляемая мощность не более 120 ВА. Наличие специальных портов для фиксации ящиков для аксессуаров, инфузионной стойки, полки для монитора и держателя монитора.	
		3	Встраиваемые весы	Измерение веса ребенка. В памяти должны сохраняться не менее чем 10 последних взвешиваний с указанием даты и времени взвешивания. 7-дневный тренд массы ребенка. Автоматическое взвешивание новорожденного. Диапазон взвешивания: не менее 300-7000 г. Цена деления: не более 1 г. Точность, не более: ±5 г.	1 шт.
		4	Модуль SpO2	Наличие встроенного пульсоксиметра с технологией Nellcor. Диапазон отображения SpO2: не менее 1-100%. Точность (в диапазоне от 70-100%): не хуже ±3 единицы (во время покоя), ±3 единицы (во время активности), ±3 единицы (во время низкой перфузии). Период обновления: не более 1 секунды. Функция аварийных индикаторов: диапазон настроек: верхний предел: ОТКЛ. 50-99% (с шагом 1%), нижний предел: ОТКЛ. 45-95% (с шагом 1%). Диапазон отображения частоты пульса: не менее 25-240 уд./мин. Точность (в диапазоне 24-240 уд./мин): ±3 единицы (во время покоя), ±5 единицы (во время активности), ±3 единицы (во время низкой перфузии. Период обновления: не менее 1 секунды. Функция аварийных индикаторов: диапазон настроек: верхний предел: ОТКЛ. 80-240 уд/мин (с шагом 5 уд/мин), нижний предел: ОТКЛ. 35-180 уд/мин (с шагом 5 уд/мин). Настройка чувствительности: APOD, Нормальная чувствительность, Макс. (высокая	1 шт.

				чувствительность). Экран пульсоксиметра: % SpO2, частота пульса. Кроме этого на экране должны быть видны показатели: заданная температура, температура воздуха внутри инкубатора, температура кожи №1, температура кожи №2, относительная влажность, концентрация кислорода. Тревоги: верхний предел тревоги SpO2, нижний предел тревоги SpO2, верхний предел частоты пульса, нижний предел частоты пульса, не подключен датчик пульсоксиметра, датчик SpO2 не прикреплен к пациенту, отсоединение датчика SpO2, затруднение с поиском пульса, неисправный датчик SpO2, неисправность кабеля SpO2, внутренние неполадки пульсоксиметра.	
		5	Осветительная лампа	В комплекте аппарата должна быть предусмотрена лампа для дополнительного освещения при осмотре с бесконтактной активацией. Источник света – LED (светодиодная) лампа. Освещенность регулируемое, не менее: от 500 до 2000 Lux. Срок службы: не менее 10000 часов. Лампа крепится на боковую рельсу и имеет возможность устанавливаться в различных положениях и на различном расстоянии от ложа пациента. Наличие кабеля питания. Параметры электропитания: AC100 – 240 V. Габариты: диаметр 55 × 250 (Г)× 870 (В) мм. Вес лампы: не более 1,6 кг.	1 шт.
		Дополнительные комплектующие			
		1	Блок мониторирования кислорода	Технические характеристики: Блок мониторирования кислорода для осуществления подачи кислорода под купол инкубатора. Режим управления кислородом: Серво-контроль (автоматический). Максимальная концентрация кислорода: ≥ 65% O2 (при скорости потока не более 10л/мин). Диапазон установки: не менее 22-65% (с шагом 1%). Диапазон отображения: не менее 15-105%. Давление подачи кислорода: н менее 294-	1 шт.

				490Кпа. Диапазон измерения: не менее 15-105%. Точность измерения: не более ±2% O2 (15-25%O2), ±3% O2 (25-100%O2). Калибровка: 21%O2. Уровень CO2 < 0,4%. Каждый год срабатывает автоматическое напоминание о необходимости замены кислородных датчиков. Шланг для подключения кислорода – наличие. Датчик кислорода – наличие 2 шт.	
		2	Ирисовый порт доступа	Ирисовый порт доступа для инкубатора.	20 шт.
		3	Ручка инкубатора	Для простоты транспортировки инкубатор должен иметь на основном блоке ручку. Выполнена из пластика. Несъемная.	1 шт.
		4	Полка для монитора	Наличие полки для размещения на ней монитора. Крепление к подъемной стойке инкубатора. Полка должна выдерживать нагрузки до 10 кг.	1 шт.
		5	Ящик для хранения принадлежностей	Наличие двух ящиков для хранения принадлежностей. Один ящик должен крепиться на левой стороны подъемной стойки, второй на правой. Каждый должен выдерживать до 3 кг. Размеры: 330x440x300 мм. Внутренний размер: 310x400x250 мм.	2 шт.
		6	Инфузионная стойка	Наличие инфузионного штатива без крючков. Крепление к подъемной стойке инкубатора. Штатив должен выдерживать нагрузки до 10 кг. Предназначен для крепления дополнительного оборудования (шприцевых дозаторов, блока фототерапии и т.д.).	1 шт.
		7	Светозащитный чехол инкубатора	Наличие в комплекте специального свето - и звукозащитного покрывала, которое должно иметь в верхней части открываемое отверстие, совпадающее по размерам с основанием блока фототерапии.	1 шт.
		8	Держатель	Держатель контура ИВЛ и трубок. Фиксация к задней	1 шт.

			контура ИВЛ	стенке ложа пациента.	
		Расходные материалы:			
		1	Датчик температуры кожи многоразовый: желтый, размером 5 мм.	Датчик температуры кожи многоразовый: желтый, размером 5 мм. Для мониторирования температуры пациента.	1 шт.
		2	Датчик температуры кожи многоразовый: белый, размером 10 мм.	Датчик температуры кожи многоразовый: белый, размером 10мм. Для мониторирования периферической температуры пациента.	1 шт.
		3	Неонатальный датчик пульсоксиметрии	Неонатальный датчик пульсоксиметрии одноразовый. Датчик для новорожденных предназначен для индивидуального использования при непрерывном неинвазивном мониторинге уровня насыщения артериальной крови кислородом и частоты пульса у пациентов весом менее 3 кг. Предпочтительным местом установки у является стопа. Длина кабеля – не менее 90 см. В качестве альтернативы можно использовать кисть.	24 шт.
		4	Датчик SPO2 (многоразовый)	Неонатальный датчик пульсоксиметрии многоразовый. Технология Nellcor.	2 шт.
		5	Фильтр электростатический	Фильтр электростатический. Задерживает до 99% пыли и частиц размером от 0,1 микрон и обеспечивает идеально чистый воздух в инкубаторе.	5 шт.
		6	Кабель пульсоксиметра	Кабель пульсоксиметра, многоразовый. Для подключения как одноразовых, так и многоразовых датчиков пульсоксиметрии.	1 шт.
3	**Требования к условиям эксплуатации**	Требования к помещению:			

		Площадь помещения: не менее 8 кв.м; Оптимальные условия эксплуатации системы: Окружающая температура: 20~30°C Относительная влажность: 30~75 % Атмосферное давление: 70~106 кПа Электроснабжение 200-240В
4	**Условия осуществления поставки медицинской техники** *(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP Заказчик
5	**Срок поставки медицинской техники и место дислокации**	16 календарных дней
6	**Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц**	Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники

Техническая спецификация закупаемых товаров

Тендер № 1 по закупу медицинских изделий на 2023 год

Лот № 61

<table>
<tr><th>№
п/п</th><th>Критерии</th><th colspan="4">Описание</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Наименование медицинской техники
(в соответствии с государственным реестром медицинских изделий, с указанием модели, наименованием производителя, страны)</td><td colspan="4">Конвекционная система обогрева пациента с принадлежностями.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2</td><td rowspan="3">Требования к комплектации</td><td>№
п/п</td><td>Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий)</td><td>Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике.</td><td>Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)</td></tr>
<tr><td colspan="4">Основные комплектующие</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Основной блок системы конвекционного обогрева пациента (нагревательный модуль)</td><td>Конвекционная система обогрева для пациента, предназначенная для профилактики и лечения гипотермии у хирургических больных, у пациентов в предоперационном периоде, у беременных женщин во время эпидуральной анестезии. Портативная система обогрева может применяться для термотерапии пациентам, попавшим в ОРИТ с симптомами тяжелого переохлаждения.</td><td>1 шт.</td></tr>
</table>

				Возможность использования устройства со специальными одеялами. Одеяла должны быть изготовлены из мягкой гибкой ткани, обеспечивающей удобное обертывание при любой хирургической процедуре, плотно прилегают к телу пациента без образования лишних складок. Наличие системы отверстий для равномерного потока воздуха. Не содержит латекса. Мощность: генерируется поток теплого воздуха не менее 1500 л/мин. Подача в одеяла воздуха, очищенного с помощью антибактериального HEPA фильтра: из атмосферного воздуха задерживаются частицы менее 0,03 микрон. Широкий диапазон настроек температуры: от 32 гр.С до 45 гр.С. Простая в эксплуатации цифровая панель управления со счетчиком часов работы аппарата. Устойчивый к перегибам армированный шланг легок в использовании и удобен при хранении. Толщина стенок подающего шланга препятствует значительным потерям тепла. Быстрота нагрева воздушного потока: до 38 гр.С в течение не более 30 сек. Не менее трех уровней температуры: низкая 32 гр.С; средняя 38 гр.С; высокая 43 гр.С и «Boost», - форсированное согревание 45 гр.С в течение 45 минут. Наличие режима подачи воздуха комнатной температуры. Легко очищаемый и долговечный корпус. Тихая работа. Автоматический переход с форсированного согревания на высокий уровень (43 гр.С) по истечении 45 мин. Подача в одеяла воздуха, очищенного с помощью антибактериального фильтра. Счетчик времени работы фильтра. Устройство обладает интуитивным LCD дисплеем с визуализацией температуры, статусе 5 температурных режимов и состоянии системы. Панель управления: 8 сенсорных кнопок. Наличие систем тревог, останавливающих работу аппарата при обнаружении проблем. Среднее время нагрева одеяла от 23 гр.С ± 2 гр.С до 37 гр.С – не более 6 минут. Среднее время нагрева выходящего воздуха от 23 гр.С ± 2 гр.С до 37 гр.С менее 1 минуты. Габариты: не более 38 х 41 х 28 см. Вес: не более 5,2 кг. Требования к электропитанию: 220V-50Hz.	

				Предохранитель (x2) Минипредохранитель 0218010; 250 В, 10А. Тепловая защита: Термореле (внутреннее от 49 гр. С до 55 гр.С). Диапазон внешней рабочей температуры: 18 гр.С – 28 гр.С. Уровень тревоги повышенной температуры: 65 dB длительностью 3 мин.	
		2	Сетевой кабель	Сетевой кабель электропитания: длина не более 4 м. Стандартная Евро вилка. Цвет черный/серый.	1 шт.
		Дополнительные комплектующие:			
		1	Транспортная тележка на роликах	Основание стойки пятиколесное. Два колеса должны быть с блокировкой. Наличие удобной ручки для транспортировки и переноски аппарата. В нижней части тележки должна быть секция для расположения одеял, для удобства пользования. Технические характеристики роликовой тележки: вес не более 4,6 кг. Габариты: высота не более 70,5 см, ширина 31,8 см, глубина 38,6 см.	1 шт.
		Расходные материалы и изнашиваемые узлы:			
		1	Полноразмерное одеяло с мультидоступом, взрослое	Для использования в послеоперационных отделениях, при экстренной госпитализации, блоках интенсивной терапии, ожоговых отделениях, в акушерстве, при амбулаторной хирургии. Для оптимального нагрева одеяло в прямом контакте с кожей пациента. Грудной вырез обеспечивает быстрый и удобный доступ к торакальным трубкам. Вырезы в нижней части позволяют контролировать пульс и артерии нижних частей ног. Размер не менее 102 х 201 см, В надутом состоянии 84 х 188 см. Вес не более 310 г.	100 шт.
		2	Одеяло для верхней части тела, взрослое	Для использования в абдоминальной хирургии, урологии, гинекологии, при операциях на нижних конечностях. Закрывает верхнюю часть груди и руки пациента. С двумя выходами крепления патрубка рукава для удобства использования. Размер достаточно большой для различного применения. Размер не менее 208 х 71 см, В надутом	12 шт.

				состоянии 183 х 61 см. Вес не более 290 г.	
		3	Одеяло для нижней части тела, взрослое	Для использования в торакальной, кардиохирургии, при операциях на верхних конечностях. Закрывает нижнюю часть живота и ноги пациента. Размер достаточно большой для различного применения. Направленное согревание нижних конечностей с возможностью предотвращения попадания потока воздуха в операционное поле. Размер не менее 104 х 142 см, В надутом состоянии 86 х 132 см. Вес не более 305 г.	12 шт.
		4	Одеяло для хирургии, взрослое	Одеяло для хирургического доступа с большим окном для хирургического доступа имеет уникальный дизайн, позволяющий выполнять операции на брюшной полости и позвоночнике. Одеяло для хирургического доступа обеспечивает все преимущества обогрева всего тела, обеспечивая при этом полный доступ к операционному полю. Мягкие, но прочные стеганные одеяла могут использоваться для широкого перечня процедур. Это надежное и простое решение для обогрева пациента. Изготовленные из прочного, устойчивого к царапинам материала с водостойкой текстурой двусторонние одеяла идеально подходят для укрывания и поддержанию нормотермии пациента. Ткань верхнего слоя исключает нагрев пластиковой поверхности, которая может соприкасаться с кожей пациента. Слоеная структура придает прочность, таким образом исключая даже мельчайшие разрывы ткани, которые могут привести одеяло в негодность. Специально перфорированные отверстия равномерно направляют поток воздуха к пациенту. Одеяло хирургическое (стерильное) размеры не менее 102 см х 201 см, В надутом состоянии 89 х 188 см.	12 шт.
		5	Педиатрическое одеяло для	Подходит для детей до 10 лет. Для использования в ожоговых отделениях, блоках интенсивной терапии,	12 шт.

			отделений реанимации	амбулаторной хирургии, послеоперационных отделениях. Размер не менее 63 х 104 см, В надутом состоянии 56 х 89 см. Вес: не более 165 г.	
		6	Набор HEPA фильтров для адсорбции мельчайших частиц пыли	Антибактериальный HEPA фильтр для очистки воздуха от мельчайших частиц размером менее 0,03 микрон, что важно при использовании системы с одеялами для хирургии. Форма фильтра – круглая. Информация о необходимости замены высвечивается на дисплее при выработке срока эксплуатации фильтра.	2 шт.
3	**Требования к условиям эксплуатации**	Требования к помещению: Площадь помещения: не менее 8 кв.м; Оптимальные условия эксплуатации системы: Окружающая температура: 20~30°C Относительная влажность: 30~75 % Атмосферное давление: 70~106 кПа Электроснабжение 200-240В			
4	**Условия осуществления поставки медицинской техники** *(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP Заказчик			
5	**Срок поставки медицинской техники и место дислокации**	16 календарных дней			
6	**Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц**	Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:			

		- замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники

Техническая спецификация закупаемых товаров

Тендер № 1 по закупу медицинских изделий на 2023 год

Лот № 62

№ п/п	Критерии	Описание			
1	**Наименование медицинской техники** *(в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны)*	Модульное устройство объективного аудиологического скрининга и диагностики слуховой функции			
2	**Требования к комплектации**	*№ п/п*	*Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий)*	*Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике*	*Требуемое количество* *(с указанием единицы измерения)*
		Основные комплектующие			
		1	Модульное устройство объективного аудиологического скрининга и диагностики слуховой функции	Модульное устройство объективного аудиологического скрининга и диагностики слуховой функции представляет собой уникальное мобильное портативное устройство, предлагающее различные методы тестирования, которые могут быть настроены в соответствии с потребностями специалиста для проведения аудиологического скрининга или диагностики.	1 шт.

				Модульное устройство должно быть предназначено для проведения скрининга слуха новорожденных и детей раннего возраста методами: • регистрации коротколатентных слуховых вызванных потенциалов (скрининг КСВП), • регистрации задержанной вызванной отоакустической эмиссии (скрининг ТЕОАЕ / ЗВОАЭ). Устройство для скрининга слуха может использоваться автономно или с персональным компьютером. **Требования к модульному устройству:** • комбинация скрининговых тестов – скрининг КСВП и ОАЭ – *наличие* • полноцветный сенсорный экран – *наличие* • портативность – *наличие* • гибкость – *наличие* • интерфейс устройства с поддержкой на государственном и русском языках – *наличие* • работа от перезаряжаемой батарейки – *наличие* • длительный срок службы батареи после зарядки (до 8 часов), полная зарядка в течении 4-6 часов – *наличие* • память и хранение свыше 1000 тестов – *наличие* **Дополнительные возможности:** - наличие возможности сортировать результатов по дате рождения, имени, идентификатору, исследователю, дате, времени - наличие интерфейса к беспроводному модему для передачи данных и создания базы данных о пациентах - демографические данные пациента на устройстве	

				- наличие программного обеспечения для базы данных на государственном и русском языках - возможность управления данными: простой просмотр, архивирование и экспорт результатов теста, перенос результатов тестов в базу данных через USB - наличие конфигурируемых пользователем установок ***Требования к измерениям:*** - *задержанная вызванная отоакустическая эмиссия (ТЕОАЭ) – модуль скрининг (быстрый)* – наличие Тип измерений: задержанные кратковременно вызванные отоакустические сигналы (ТЕОАЕ) – наличие Тип стимула: кратковременный стимул без прямой составляющей – наличие Диапазон частот: не менее 0,7 не более 6 кГц (ТЕОАЕ) Уровень интенсивности входного воздействия ТЕОАЕ: не менее 85 дБ УЗД, самокалибровка в зависимости от громкости в слуховом проходе – наличие Протокол стимуляции: нелинейный –наличие Обнаружение шума: среднеквадратическое значение интервалов, не являющихся стимулами – наличие Подсчет остаточного шума: средневзвешенное значение, суммарное значение факторов – наличие Отторжение артефакта: средневзвешенное значение – наличие; *Определение ответа:* ТЕОАЕ скрининг: не менее 8 значений с изменением символа, при выполнении правила трех сигм, что составляет не более 99.7 % статистической значимости – наличие *– Коротколатентные слуховые вызванные потенциалы (КСВП)* – модуль скрининг КСВП – наличие Тип стимула: Chirp (не менее широкополосный, 1 – 8 кГц) –	

				наличие; Полярность стимула: переменная –наличие Частота стимула: не менее 85 Гц–наличие Уровень стимула: не менее 25 – 55 дБ eHL) (шаг: не более 5 дБ), возможность настройки уровня стимула не менее 30 и 35 дБ – наличие (PECC–01: макс. уровень не менее 0 дБ (eHL)) – наличие Расширение спектра – наличие *ПК интерфейс:* Порты: USB – наличие *Дисплей:* не менее 240 x 320 пикселей; графический ЖК–дисплей диагональю не более 3.5 дюйма – наличие *Особенности:* наличие резистивного сенсорного дисплея, внутренних часов, пьезоэлектрического генератора звука *Выходное напряжение и номинальное сопротивление* (гнездо для подключения головных телефонов): не менее 5 Врр, 32 Ом *Потребляемая мощность:* не более 2Вт Наличие Сервисного Центра и Поверочной лаборатории на территории РК для проведения ежегодной поверки и технического сопровождения устройства во время его эксплуатации.	
		2	Зонд EP-DP	Зонд угловой для регистрации слуховых вызванных потенциалов (СВП) и отоакустической эмиссии (для детей раннего и старшего возраста (от 6-ти мес. и старше)	1 шт.
		3	Зонд LT	Зонд прямой для регистрации слуховых вызванных потенциалов (СВП) и отоакустической эмиссии (для новорожденных и детей до 6-мес.)	1 шт.
		4	Электродные кабели (EC-x)	Кабель для электродов при проведении регистрации слуховых вызванных потенциалов	1 шт.
		5	Переносной футляр / сумка для переноса со вставкой	Для переноса и хранения модульного устройства	1 шт.

			Программное обеспечение		
		1	Программное обеспечение	Программное обеспечение и интерфейс на государственном и русском языках для передачи и хранения данных на ПК, создания банках данных о пациентах, распечатки результатов	1 шт.
		Расходные материалы и изнашиваемые узлы:			
		1	Одноразовые электроды (разные размеры и типы)	Для регистрации слуховых вызванных потенциалов	1 набор
		2	Ушные вкладыши для двух ушных зондов	Для проведения регистрации отоакустической эмиссии и слуховых вызванных потенциалов	2 набора
3	**Требования к условиям эксплуатации**	***Условия эксплуатации:*** Температура: 10 - 40 C (50 - 104 F) Относительная влажность воздуха: 20 - 90 % без конденсата Атмосферное давление: 70* - 106 кПа Время для разогрева: прибор не требует разогрева. Перед первым включением он должен согреться до комнатной температуры, для соблюдения условий эксплуатации.			
4	**Условия осуществления поставки медицинской техники** *(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)*	DDP пункт назначения			
5	**Срок поставки медицинской техники и место дислокации**	В течении 90 (девяносто) рабочих дней			
6	**Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники**	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.			

	поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: - замену отработавших ресурс составных частей (за счет конечного пользователя); - замену или восстановление отдельных частей медицинской техники (при гарантийном случае – за счет производителя, при не гарантийном случае – за счет конечного пользователя); - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.